

ANTICUERPO ANTI VIRUS HEPATITIS C


Código fonasa/particular 0306081

Nombres del examen AC anti HCV

Tiempo de respuesta

Laboratorio	Días de procesamiento	Plazo de entrega
Clinica Puerto Varas	Lunes a Viernes 8:00 – 17:00 hrs Sábado 9:00 – 12:00 hrs	1 día hábil

Preparación del paciente No requiere preparación
Paciente con tratamiento de heparina, tomar muestra antes de la dosis.

Muestra requerida Suero 
Recolectar mínimo 1 ml de sangre

Todo resultado reactivo por primera vez debe ser confirmado por el Instituto de salud pública (ISP) cuyo resultado final estará disponible en 20 días hábiles.

Estabilidad de la muestra

Muestra	T° ambiente (20- 25 °C)	Refrigerada (2 – 8 °C)	Congelada (- 20°C)
Sangre total	2 días	7 días	No aplica
Suero	2 días	7 días	6 meses

Método utilizado Electroquimioluminiscencia / ROCHE / Cobas E411

Intervalo de referencia No reactivo

Valor crítico No aplica

Información clínica Detección de anticuerpos contra virus de hepatitis C.

Parámetros de desempeño

Limite de detección: 0.2 mg/dL
Rango de medición: 0.2 – 25.0 mg/dL

Referencias Westgard J. Biologic Variation Database. Disponible en:
<http://www.westgard.com/biodatabase1.htm>